



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายนราพงศ์ ธีรอัศววิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๓/๕๙ หมู่ ๕ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยนายเดชธร ส่งคุณฤทธิการ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นายญาณเดช หมื่นวงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๖๒๔๗๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เตียงผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ (หนึ่ง) เตียง เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๗๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๕,๑๓๓.๖๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายนราพงศ์ ธีรอัศววิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเดชธร ส่งคุณฤทธิการ)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา มีชะคะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ คุณลักษณะเฉพาะเตียงผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๔ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อกเตียงผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๕ แผ่น

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ แผ่น

ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓.๔ ผนวก ๔ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

๓.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองการจดทะเบียนและเอกสารอื่นๆ จำนวน ๒๕ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ โรงพยาบาลนภาลัย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายนราพงศ์ อีระวัชรวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเตชธร ส่งคุณฤทธิการ)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา มีชะคะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ๒๐๒ หมู่ ๓ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ขอดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาบางกรวย ชื่อบัญชี บริษัท โอนิเวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่บัญชี ๑๐๙๖๐๕๔๓๖๑ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายนราพงศ์ อีร์อัครวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเตชธร ส่งคุณฤทธิการ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา มีชะคะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พระปิ่นเกล้า เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๐๙/๐๐๓๕/๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๗,๙๙๕ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายนราพงศ์ อีร์อัครวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเตชธร ส่งคุณฤทธิการ)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา มีชะคะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และข้อ ๘) เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายนราพงศ์ ธีรวัชรวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา มีชะคะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเตชธร ส่งคุณฤทธิการ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และข้อ ๘) กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายบรรพต ธีระวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา มีชะคะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเตชธร สงคุณฤทธิการ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่จะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายบรรพต ธีระวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเตชธร ส่งคุณฤทธิการ)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา มีชะคะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายนราพงศ์ ธีรจักรวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายเตชธร ส่งคุณฤทธิการ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา มีชะคะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๙๑๘๗๑๓๒

เลขคুমสัญญา ๖๗๐๗๐๑๐๑๒๓๘

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล

1. ความต้องการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เตียงผ่าตัดเพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไปและสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมสำหรับการผ่าตัดเฉพาะทางด้านต่างๆได้ ในอนาคต

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 เตียงผ่าตัด ทำงานด้วยระบบ Electro-Hydraulic ควบคุมการปรับท่าต่างๆด้วย Remote control
- 3.2 พื้นเตียงแบบ Multisection แบ่งออกได้ไม่น้อยกว่า 5 ส่วน พร้อมเบาะรองรับ สามารถถอดออก ทำความสะอาดได้
- 3.3 ฐานและเสาเตียงเป็นทรงเหลี่ยม แบบ T-Base ทำด้วยโลหะปลอดสนิม และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- 3.4 พื้นเตียงทำจากวัสดุชนิด Radiolucent เพื่อสะดวกต่อการฉายรังสีแบบ X-Ray และ C-Arm
- 3.5 ส่วนศีรษะและปลายเท้า สามารถประกอบสลับตำแหน่งได้
- 3.6 รางข้างเตียงทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม (Stainless steel) สำหรับติดตั้งอุปกรณ์การใช้นานาน
- 3.7 เตียงสามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม
- 3.8 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 110-230 Volts, 50 - 60 Hz

- 3.9 มีชุด Electric Power Quality Protector and Monitoring แบบมีหน้าปัดตัวเลขเป็นดิจิทัล แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าได้ในช่วงตั้งแต่ 90-260 โวลต์ หรือกว้างกว่า ได้แบบเรียลไทม์ (Real time) และมีสัญญาณไฟ LED แสดงสถานะเมื่อเกิด ไฟตก ไฟตก จ่ายไฟ และหน่วงเวลา พร้อมระบบกักเก็บและบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน

- 3.10 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485, CE, IEC 60601-1-2, 93/42/EEC Class I Medical device, IPX4 เป็นอย่างน้อย

- 3.11 ผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485

- 3.12 ผู้นำเข้าต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 และถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้ขายต้องแสดงหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ปี พ.ศ. 2551

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- 4.1 เตียงผ่าตัดทั่วไป ชนิดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

- 4.2 สามารถปรับความสูงของพื้นเตียงห่างจากพื้นได้สูงสุด 1,080 มิลลิเมตร และต่ำสุด 730 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

- 4.3 ควบคุมการปรับท่าทางของเตียง Hand Remote Control โดยมีช่องเสียบสาย Remote อยู่ทางด้านใต้พื้นเตียง และสามารถควบคุมท่าทางเตียงได้ด้วยแผงควบคุมที่ติดตั้งด้านข้างของฐานเตียง



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นายบรรพต อธิธรรมวิภากร)
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
นายเดชธร สังคุณฤทธิการ

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

4.4 แสดงสัญลักษณ์รูปภาพการปรับท่าทางของเตียงผ่าตัดบน Remote control และแผงควบคุม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

4.5 พื้นเตียงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร และมีความกว้างของพื้นเตียงไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร

4.6 เบาะที่นอน ทำจากวัสดุชนิด Polyurethane มีความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร โดยตัวเบาะยึดติดกับพื้นเตียง และป้องกันไฟฟ้าสถิต

4.7 มีรางโลหะข้างพื้นเตียงทั้ง 2 ข้าง สำหรับเป็นที่ยึดจับอุปกรณ์ประกอบการใช้งานของเตียง

4.8 ฐานเตียงมีล้อเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีระบบล๊อคล้อเพื่อให้เตียงหยุดอยู่กับที่ได้ โดยมีแกนเหล็กค้ำยันที่พื้นรับน้ำหนักแทนลูกล้อ ทำให้เตียงหยุดอยู่กับที่อย่างมั่นคง และสามารถปรับความสมดุลของฐานเตียงได้ กรณีพื้นห้องไม่เรียบเสมอกัน

4.9 สามารถปลดล๊อคล้อ ด้วยระบบเบรกที่เท้า (Foot operated central brake)

4.10 พื้นเตียง สามารถปรับเลื่อนตามแนวระนาบด้วยระบบ Electro-Hydraulic ได้ไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร

4.11 มีแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ ติดตั้งอยู่บริเวณฐานเตียง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องขณะไฟฟ้าดับ

พร้อมมีสัญญาณแสดงสถานะของประจุแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ทางด้านฐานของเตียง และสามารถชาร์จประจุแบตเตอรี่ใหม่ได้

4.12 การปรับเตียงด้วยระบบ Electro-hydraulic โดยใช้รีโมทคอนโทรล สามารถปรับท่าต่างๆ ได้ดังนี้ **1๗๖๘๖**

4.12.1 ปรับท่าศีรษะต่ำ (Trendelenburg) สูงสุดไม่น้อยกว่า 40 องศา

4.12.2 ปรับท่าเท้าต่ำ (Reverse Trendelenburg) สูงสุดไม่น้อยกว่า 40 องศา **๑๖๖๖๖**

4.12.3 ปรับท่าเอียงข้างซ้าย สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 องศา **๑๖๖๖๖**

4.12.4 ปรับท่าเอียงขวา สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 องศา **๑๖๖๖๖**

4.12.5 ปรับส่วนรองแผ่นหลังขึ้น สูงสุดไม่น้อยกว่า 80 องศา **๑๖๖๖๖**

4.12.6 ปรับส่วนรองแผ่นหลังลง สูงสุดไม่น้อยกว่า 35 องศา **๑๖๖๖๖**

4.12.7 ปรับท่า Flex position โดยทำองศาที่ศีรษะ 18 องศา และเท้า 17 องศา **๑๖๖๖๖**

4.12.8 ปรับท่า Reflex position โดยทำองศาที่ศีรษะ 40 องศา และเท้า 35 องศา **๑๖๖๖๖**

4.13 ส่วนรองขา สามารถปรับขึ้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 25 องศา และปรับลงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 องศา ด้วยระบบ Pneumatic หรือ Gas spring **๑๖๖๖๖**

4.14 ส่วนรองรับศีรษะสามารถปรับขึ้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 45 องศา ด้วยระบบ Pneumatic หรือ Gas spring

4.15 มีระบบปรับเตียงให้กลับสู่ตำแหน่ง zero position ได้ โดยแสดงสัญลักษณ์บน Hand remote control และที่แผงควบคุมด้านข้างเตียง **๑๖๖๖๖**

4.16 สามารถปรับ Kidney bridge ด้วยระบบ Electro-hydraulic ยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร **๑๖๖๖๖**

4.17 ตัวเตียงสามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม

4.18 ชุด Electric Power Quality Protector and Monitoring

4.18.1 ระบบควบคุมการทำงานด้วย Microcontroller **๑๖๖๖๖**

4.18.2 ภายในตัวเครื่องมีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากจากภายนอก เป็นแบบ MOV จำนวน 3 ตัว **๑๖๖๖๖**

- 4.18.3 มีสวิตช์เปิด-ปิดเป็นแบบ Rocker switch circuit breaker เพื่อป้องกันไฟกระชากซึ่งเกิดจากการถอดหรือเสียบกับปลั๊กเต้าเสียบ
- 4.18.4 มีระบบ Auto restart ที่สามารถตั้งค่าช่วงเวลาได้อย่างน้อย 3 ช่วงเวลา คือ 5 วินาที, 15 วินาที และ 60 วินาที ก่อนจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของกระแสไฟ
- 4.18.5 มีวงจรตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อกับสายดิน โดยแสดงสัญลักษณ์ไฟ LED แจ้งเตือนเมื่อการต่อไฟฟ้าไม่ถูกต้องและมีปัญหาของการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (Abnormal) เช่น สายดินสลับกับ Neutral และไม่มีการเชื่อมต่อกับสายดิน
- 4.18.6 มีระบบบันทึกและตรวจสอบเหตุการณ์ (Events) ที่เกิด เช่น จำนวนครั้งของการเกิดไฟตก และไฟเกิน สามารถเรียกดูจำนวนเหตุการณ์ที่เกิด และสามารถปรับ reset ค่าใหม่ได้
- 4.18.7 มีระบบการนับและบันทึกชั่วโมงการใช้งาน โดยแสดงเวลาได้ตั้งแต่ 0 ถึง 9999 ชั่วโมง บนหน้าจอ และสามารถปรับรีเซ็ตค่าได้
- 4.18.8 สายไฟต้องเป็นแบบสายกลม และหัวปลั๊กต้องเป็นแบบขากลมชนิด 3 ขา โดยหัวปลั๊กอย่างน้อย 2 ขา ต้องมีฉนวนกันไฟที่โคนขาของหัวปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟ โดยตรง และขั้วสายดิน ต้องเป็นแบบมาตรฐาน มอก. และมีเอกสารได้รับมาตรฐาน มอก. ยืนยัน



5. อุปกรณ์ประกอบ

- 5.1 ชุดควบคุมการทำงานแบบ Remoted control
- 5.2 Arm support
- 5.3 ขาหยั่ง (Leg support)
- 5.4 เบาะค้ำข้างลำตัว (Side-shoulder support)
- 5.5 สายรัดตัวผู้ป่วย (Abdominal strap)
- 5.6 สายรัดข้อมือและเท้า (Hand and Leg strap)
- 5.7 ฉากกั้นวิสัญญี (Anesthetic frame)
- 5.8 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



จำนวน	1	คู่	ผู้ซื้อ
จำนวน	1	คู่	
จำนวน	1	คู่	ผู้ขาย
จำนวน	1	อัน	
จำนวน	1	ชุด	
จำนวน	1	ชิ้น	
จำนวน	อย่างละ 1	เล่ม	

6. เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- 6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต (หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้นำเข้า)
- 6.2 ผู้ขายหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องได้รับมาตรฐาน ISO13485:2016 เพื่อรองรับมาตรฐานครุภัณฑ์การแพทย์ของทางโรงพยาบาลและบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารมาแสดงรองรับระบบ HA ของโรงพยาบาล
- 6.3 ผู้ขายต้องรับประกันว่าเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน
- 6.4 ผู้ขายต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต

- 6.5 ผู้ขาย หรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอะไหล่สำคัญในการบำรุงรักษา จากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในรายการครุภัณฑ์ที่นำเสนอ
- 6.6 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาทุก 6 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า
- 6.7 ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้อง ต้องมีบริการฉุกเฉินที่ให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง หลังรับแจ้งและต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในกำหนด 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- 6.8 ในกรณีแก้ไขเกิน 7 วัน ต้องมีเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยที่เครื่องใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะเดิมหรือดีกว่า โดยไม่คิดมูลค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้การแก้ไขจะต้องไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 6.9 ผู้ขายรับรองว่ามีอะไหล่ขายในราคาท้องตลาดหรือบริการไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเป็นหนังสือจากบริษัทผู้ผลิต
- 6.10 มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ชุด และภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด พร้อมคู่มือการซ่อม
- 6.11 ผู้ขายต้องจัดอบรมวิธีการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาให้กับผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานได้ดี โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย
- 6.12 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องหมายและหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกประการพร้อมทำตารางลงรายละเอียดตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนดให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนและต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ กำหนดบทบรรณาธิการ เอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการทางเทคนิคและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ ย่อมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณา และคณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ



ส่งชื่อ.....ผู้ซื้อ

นางแพทย์สุวรรณา..... (นางแพทย์สุวรรณา.....)

นางราชดาริ..... (นางราชดาริ.....)

ส่งชื่อ.....ผู้ขาย

นายเชษฐ สักคุณฤทธิกร.....



ส่งชื่อ.....

(.....)

ส่งชื่อ.....พยาน

(.....)



๒๕๖๑

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายบรรพต อัครวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ภูมิพรการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....๒๕๖๑.....ผู้ขาย


นายเตชธร สงคุณฤทธิการ

.....พยาน

Operating Tables

FENIX OT-01

VIVAX OT-02



ตรา

รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ซื้อ

นางสาว พงศ์ อัครวิภาส
จังหวัดสมุทรสงคราม. ปณ. ๗๖๐๐๑
จังหวัดสมุทรสงคราม




ลงชื่อ.....ตรา.....ผู้ขาย
นายเดชธร สังคุณฤทธิการ
(.....)

Quality
Cost Effectiveness
Versality

Outstanding quality for reasonable price, versatility and functionality ensure operational comfort for everyday surgical work. Optional table tops and bases, together with wide range of additional accessories make it suitable for general and specialist surgical procedures.

Adjustment possibilities and ranges meets the requirements demanded by a modern universal operating tables.



ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

OT-01 / OT-02



1๗/๖๓



ต้องสำเนาถูกต้อง

3.3

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
 (นาย นรพาศน์ อัครวิภาส)
 นายแพทย์แผนกเวชศาสตร์การศัลยกรรม โรงพยาบาลศิริราช
 กรุงเทพมหานคร

Operating table VIVAX with optional "Super mobile" base

3.3 Operating table VIVAX with standard "T" base

ลงชื่อ.....ผู้ขาย



.....นายแพทย์ สอดคุณฤทธิการ.....)

Design

Standard "T" base with 3 antistatic castors, with foot operated central brake. 4.9

Optionally available base "Super mobile" for enhanced manoeuvrability and better access to the operating field, thanks to 4 antistatic castors diam. 125 mm. Driving system with foot operated central brake and directional castor.

The elements of the table top, base and column covers are made of mat polished stainless steel, which makes the surfaces smooth and hygienic. 3.3


The covers are impact resistant, easy to clean, prevent fluid ingress, minimizing infection risk. 3.2. 4.6

High quality, moulded antistatic mattresses made of polyurethane foam of thickness 50 mm. Easy removable, with antibacterial protection, seamless, ensure maximum hygiene and prevent against cross contamination.

Table tops for general surgeries:



Modular table top



5 section table top 3.2



4 section table top